

TECHNISCHES BULLETIN

1. März 2019

Ausgabe 19-3.1

Externe Staubfilter für Tango® TX1 und Ventis® Pro Serie werden aus dem Sortiment genommen



Ab dem 4. März 2019 werden die Gaswarngeräte der Ventis® Pro Serie und der Tango® TX1 über keine externen Staubfilter mit den Artikelnummern 18109218, 18109435 und 17154540 mehr verfügen. Diese Änderung gilt für alle neu hergestellten Gaswarngeräte der Ventis Pro Serie und des Tango TX1, sowie für Geräte, die über iNet® Exchange oder das Mietprogramm von Industrial Scientific vertrieben werden. Die Spezifikationen des Produktes werden durch den Wegfall der externen Filter nicht beeinträchtigt.

Kunden, die bereits Ventis Pro oder Tango Produkte in ihrem Bestand haben, können die externen Staubfilter weiterhin verwenden. Bitte beachten: Die externen Staubfilter sollten **nicht** in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen sie nass werden können, da das Gerät möglicherweise dann nicht mehr korrekt funktioniert, wenn der Filter durch Wasser verstopft wird. **Entfernen Sie die externen Staubfilter grundsätzlich, wenn der Filter mit Regen, Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen könnte.** Die Staubfilter können mit dem Finger oder einer spitzen Pinzette entfernt werden, wie unten dargestellt. Weitere Informationen finden Sie in den Produkthandbüchern unter www.indsci.de/ventispro und <http://www.indsci.de/tango>.



Externe Staubfilter für die Lautsprecher von Ventis Pro und Tango sind weiterhin als Zubehör erhältlich. Der externe Staubfilter für die Lautsprecher kann die Ablagerung von Staub oder Rückständen in der Öffnung verhindern. Artikelnummer und Preise sind nachfolgend aufgeführt.

Artikelnummer	Bezeichnung	USD	EUR	GBP	AUD	CNY
18109613	Lautsprecher-Staubschutz für Ventis Pro und Tango Geräte (10er Pack)	15.00\$	13.15€	11.37£	20.89\$	101.22¥

Weitere Informationen zu Ventis Pro und Tango erhalten Sie auf unserer Website unter www.indsci.de oder von Ihrem Industrial Scientific Kundenberater vor Ort. Weltweite Kontaktdaten finden Sie unter www.indsci.de/unternehmen/weltweite-niederlassungen.

Mit freundlichen Grüßen,



Michelle Hammons
Senior Product Manager, Instrumentation