

BOLETÍN TÉCNICO

1 de marzo de 2019

Número 19-3.1

Filtros de polvo externos discontinuados para Tango® TX1 y la serie Ventis® Pro



A partir del 4 de marzo de 2019, los monitores de gas de la serie Ventis® Pro y Tango® TX1 dejarán de incluir los filtros de polvo externos con referencias 18109218, 18109435 y 17154540. Este cambio se aplica a todos los monitores de gas de la serie Ventis Pro y Tango TX1 recientemente fabricados, así como a los monitores distribuidos a través de iNet® Exchange o alquileres de Industrial Scientific. El rendimiento del producto no se ve afectado por la eliminación de los filtros externos.

Los clientes que ya tienen productos Ventis Pro o Tango en sus flotas pueden continuar usando los filtros de polvo externos. Tenga en cuenta que los filtros de polvo externos **no** se deben usar en aplicaciones en las que se puedan mojar, dado que el instrumento podría no funcionar adecuadamente si el filtro se obstruye con agua. **Siempre retire los filtros de polvo externos en las situaciones en las que puedan estar expuestos a lluvia, agua u otros líquidos.** Los filtros de polvo se pueden retirar con los dedos o pinzas de punta de aguja como se muestra a continuación. Para obtener más información, revise los manuales del producto disponibles en <http://www.indsci.es/ventispro> y www.indsci.es/tango.



Los filtros de polvo externos para los altavoces de Ventis Pro y Tango siguen estando disponibles como accesorios. El filtro de polvo externo para los altavoces puede prevenir el asentamiento de polvo o residuos en la abertura. Consulte a continuación el número de referencia y el precio.

Referencia	Descripción	USD	EUR	GBP	AUD	CNY
18109613	Protección contra el polvo de altavoces para instrumentos Ventis Pro y Tango (paquete de 10)	\$15,00	€13,15	£11.37	\$20,89	¥101,22

Para obtener información adicional sobre Ventis Pro y Tango, visite nuestro sitio web www.indsci.es o comuníquese con su representante local de Industrial Scientific. La información de contacto global se puede encontrar en www.indsci.es/empresa/oficinas-internacionales.

Atentamente.



Michelle Hammons
Gerente Ejecutiva de Productos, Instrumentación