

# BOLETIM TÉCNICO

1 de março de 2019

Edição 19-3.1

## Filtros de poeira externos descontinuados para Tango® TX1 e Ventis® Pro Series



A partir de 4 de março de 2019, os monitores de gases Ventis® Pro Series e Tango® TX1 não incluirão mais os filtros de poeira externos com os seguintes números de peça: 18109218, 18109435 e 17154540. Essa alteração aplica-se a todos os monitores de gás Ventis Pro Series e Tango TX1 recém-fabricados, bem como aos monitores distribuídos por meio da iNet® Exchange ou Industrial Scientific Rental. O desempenho do produto não é afetado pela remoção dos filtros externos.

Os clientes que possuem produtos Ventis Pro ou Tango em suas frotas atualmente podem continuar a usar os filtros de poeira externos. Observe que os filtros de poeira externos não devem ser usados em aplicações em que possam ficar molhados, pois o instrumento pode não funcionar corretamente se o filtro for obstruído pela água. **Sempre remova os filtros de poeira externos em situações em que o filtro possa ser exposto à chuva, água ou outros líquidos.** Os filtros de poeira podem ser removidos com o dedo ou uma pinça de ponta fina, como mostrado abaixo. Para obter informações adicionais, consulte os manuais do produto disponíveis em [www.indsci.com/ventispro](http://www.indsci.com/ventispro) e [www.indsci.com/tango](http://www.indsci.com/tango).



Os filtros de poeira externos para os alto-falantes Ventis Pro e Tango continuam disponíveis como acessório. O filtro de poeira externo para os alto-falantes pode impedir a entrada de poeira ou detritos na abertura. Veja abaixo o número de peça e o preço.

Nº da peça	Descrição	USD	EUR	GBP	AUD	CNY
18109613	Barreiras de poeira de alto-falante para instrumentos Ventis Pro e Tango (embalagem de 10)	\$ 15.00	€ 13.15	£ 11.37	\$ 20.89	¥ 101.22

Para obter mais informações sobre o Ventis Pro e o Tango, acesse nosso site em [www.indsci.com](http://www.indsci.com) ou entre em contato com o representante Industrial Scientific local. Nossas informações de contato global podem ser encontradas em [www.indsci.com/offices](http://www.indsci.com/offices).

Atenciosamente,



Michelle Hammons  
Gerente sênior de produto, instrumentação